Załącznik nr 1f

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
do zapytania ofertowego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZOEW w Kole"

Część VI – Dostawa Aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego w formie tabeli:

LP	NAZWA POMOCY	JEDN. MIARY	LICZBA	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE	Potwierdzenie parametrów technicznych, należy wpisać TAK/NIE oraz dołączyć kartę produktu
1	Aparat 5 kanałowy do terapii EEG biofeedback	zestaw	1	Zestaw zawierający: • 5-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych z pomiarem saturacji i rytmu serca • okablowanie • komputer + 2 monitory • oprogramowanie systemu • drukarka laserowa • zestaw elektrod miseczkowych i usznych • pasta przewodząca • urządzenie winno być zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych • instrukcja obsługi w języku polskim	

INFORMACJE DODATKOWE

1. Oferowany towar ma spełniać warunki z powyższą specyfikacją lub być lepszy jakościowo i funkcjonalnie.

……